

Body de maintien intégral

POUR TOUS FAUTEUILS

Descriptif

Le body de maintien intégral en complexage de mousse procure au patient un confort complet.

- Taille S,M,L
- Périmètre maximum utile : 230 cm

Tailles

Tour de taille (en cm)	
S	50/80
M	70/100
L	90/130

Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, …). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

CBIM2HP-PF

V08.09/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

Préconisation

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en œuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Le body intégral permet d'empêcher le glissement du bassin vers l'avant et maintenir le buste droit. Ce produit est destiné exclusivement à l'usage spécifié ci-dessus.


Composition

- Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé de mousse polyuréthane
- Biais 100 % polyester
- Sangles 100 % polyester
- Boucles nylon

Mise en place

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

- Positionner la partie pelvienne du body sur l'assise du fauteuil, la partie étroite de la pelvienne sur le dessus de l'assise du fauteuil, et côté dossier.
- Placer la sangle 1 autour du dossier, ajuster fermement et fermer la boucle de fixation rapide.
- Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
- Faire passer le body entre les jambes du patient, relever le body contre le buste et passer la tête entre les bretelles.
- Ajuster la partie pelvienne pour éviter les plis.
- Passer la sangle 2 derrière le dossier.
- Enfiler une des extrémités de la sangle dans la boucle formée à l'extrémité de la sangle 3.
- Fermer la boucle de fixation rapide de la sangle 2 et l'ajuster au plus prêt sans comprimer l'abdomen.
- Ajuster la longueur de la sangle 3 au plus court, pour éviter le basculement vers l'avant du patient en veillant à ne pas comprimer son thorax.







Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

Gestion de la fin de vie du produit



Integral body holder

FOR ALL CHAIRS

Description

The integral body holder made of foam lamination provides complete comfort for the patient.

Available in 3 sizes S, M, L
Maximum useful area: 230 cm

This medical device must be handled only by employees trained (by a healthcare professional) and qualified for its use (intended purpose, installation and environment of use, etc.). If the medical device is incorrectly installed, there is a risk of accident for the patient.

2424 70 ®

CBIM2HP-PF

V08.09/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Recommendation

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

The full-body suit prevents the pelvis from sliding forward and keeps the chest upright. This product is intended exclusively for the use specified above.


Composition

- Polyester-coated polyester jersey lined with polyurethane foam
- Bias 100% polyester
- 100% polyester straps
- Nylon buckles

Set up

This medical device is intended for patient positioning. This is not a restraint system.
Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

- Position the pelvic part of the body on the seat of the chair, the narrow part of the pelvic on the top of the seat of the chair, and back side.
- Place the strap 1 around the backrest, adjust firmly and close the quick release buckle.
- Have the patient sit on the chair.
- Pass the body between the legs of the patient, raise the body against the chest and put the head between the straps.
- Adjust the pelvic area to avoid wrinkles.
- Pass the strap 2 behind the backrest.
- Thread one end of the strap into the loop formed at the end of the strap 3.
- Close the quick strap buckle of strap 2 and adjust it to the nearest fit without compressing the abdomen.
- Adjust the length of the strap 3 to the shortest, to avoid tilting the patient forward, taking care not to compress his chest.







Important recommandations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.

End-of-life management