

Ceinture abdominale large

POUR TOUS FAUTEUILS

Descriptif

Ceinture abdominale à large surface de contact afin d'éviter toute constriction abdominale. **Destinée aux patients corpulents.**

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm

Tailles

Tour de taille (en cm)	
S	60/90
M	80/105
L	95/125
XL	115/145

CCA2HP-PF

Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, …). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

v 07.02/25

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

Préconisation

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en œuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

La ceinture abdominale permet de prévenir des chutes et de suppléer au relâchement des abdominaux. Ce produit est réservé exclusivement à l'usage médical spécifié ci-dessus.

Composition

- Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé et de mousse polyuréthane
- Biais 100 % polyester
- Sangles 100 % polyester
- Boucles nylon

Mise en place

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

- Mettre la ceinture autour de la taille de la personne, la face lisse vers l'extérieur.
- Faire passer l'extrémité pointue au travers de la fente.
- Passer les sangles autour du dossier du fauteuil ou du matelas.
- Ajuster la longueur des sangles à l'aide des boucles de fermeture.





Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



Large abdominal belt

FOR ALL CHAIRS

Description

Large abdominal belt with large contact surface to prevent any abdominal constriction. Intended for overweight patients.

Available in 4 sizes S, M, L, XL
Maximum useful area: 230 cm

Tailles

Tour de taille (en cm)	
S	60/90
M	80/105
L	95/125
XL	115/145

This medical device must be handled only by employees trained (by a healthcare professional) and qualified for its use (intended purpose, installation and environment of use, etc.). If the medical device is incorrectly installed, there is a risk of accident for the patient.

CCA2HP-PF

v 07.02/25

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

Recommendation

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

The abdominal belt helps prevent falls and compensates for abdominal weakness. This product is intended exclusively for the medical use specified above.

Composition

- Combination of polyurethan foam and on both faces
- Jersey/PU coating
- 100% polyester bias
- 100% polyester strap
- Nylon buckle

Set up

This medical device is intended for patient positioning.This is not a restraint system.
Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

- Place the belt around the patient's waist, smooth face outwards.
- Put the pointed end through the slit.
- Pass the strap around the backrest of the chair or around the mattress.
- Adjust the length of the straps through the Nylon buckles.
- Used in bed, the degree of restraint varies depending on the setting :

- Slit on the stomach : kept on the back without any possibility for the patient to reach the buckles.
- Slit in the back : possibility to move laterally.





Important recommandations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :

- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient

- These products must not be in direct contact with a wounded skin.