NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992

www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE BIRDY

POUR TOUS FAUTEUILS - SPÉCIAL COQUILLE





À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :
EMPÊCHER LE GLISSEMENT
DU BASSIN VERS L'AVANT

Périmètre maximum utile : + 220 cm
Boucle : 50 mm

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.
Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
Tour de taille (en cm)

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, …). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

CBR2HP-PF

V08.07/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Recommandations importantes
• Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE BIRDY

Composition
Jersey polyester enduit
de polyuréthane doublé
de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :
EMPÊCHER LE GLISSEMENT DU BASSIN VERS L'AVANT


1. Glisser la ceinture Birdy dans le dos du patient au niveau des lombaires et ajuster les passants sur chaque hanche.

2. Passer l'extrémité de la ceinture sous la cuisse légèrement soulevée.

3. Répliquer l'opération sur la deuxième cuisse.

4. Passer chaque boucle dans le passant afférent.

5. Fermer la boucle au dos du fauteuil.



Gestion de la fin de vie du produit

• Les dispositifs médicaux en fin de vie (obsolètes, irréparables ou hors durée d'utilisation) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.
• L'utilisateur est responsable de leur mise hors service, de leur nettoyage et désinfection, du tri des matériaux et de leur orientation vers les filières de traitement adaptées, conformément à la réglementation en vigueur.
• Les composants textiles (polyester, polyamide, polyuréthane, nylon) et plastiques doivent être recyclés lorsque cela est possible.
• Les sangles usagées ou endommagées ne doivent plus être utilisées pour le levage.
• Les dispositifs contaminés doivent être désinfectés puis éliminés selon les procédures applicables, notamment la réglementation DASRI pour les déchets à risque infectieux.
• La valorisation des matériaux et le recyclage doivent être privilégiés afin de garantir une gestion durable, sécurisée et conforme des dispositifs médicaux en fin de vie.

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992

www.nausicaa-medical.com

This medical device is intended for patient positioning. This is not a restraint system.
Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

SIMPLE BIRDY BELT

FOR ALL ARMCHAIRS - SPECIAL SHELL





TO USE ONLY FOR THE INDICATED USE:
PREVENT SLIDING
FROM THE BASIN TO THE
FRONT

Maximum useful scope: + 220 cm
Buckle: 50 mm

It can be set up with the patient seated and avoids any pelvic constriction.
Available in 4 sizes S, M, L, XL
Waist (in cm)

⚠ The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.

⚠ This medical device must be handled only by employees trained (by a healthcare professional) and qualified for its use (intended purpose, installation and environment of use, etc.). If the medical device is incorrectly installed, there is a risk of accident for the patient.

2424 70 ®

CBR2HP-PF

V08.07/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Important Recommandations :
• In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient
• These products must not be in direct contact with a wounded skin.

SIMPLE BIRDY BELT

HOSPITAL RANGE
Coated polyester jersey
doubled polyurethane
polyurethane foam
Bias 100% polyester
100% polyester straps
Nylon buckles

to use only for the indicated use:
PREVENT BASIN SLIDING FORWARD


1. Slide the Birdy belt into the back of the patient at the lumbar level and adjust passersby on each hip.


2. Pass the end of the belt under the leg slightly raised.


3. Replicate the operation on the second thigh.


4. Pass each loop through the loop related.


5. Close the buckle on the back of the chair.













End-of-life management

• Medical devices at the end of their useful life (obsolete, beyond repair or past their service life) must not be disposed of with household waste.
• The user is responsible for decommissioning them, cleaning and disinfecting them, sorting the materials and directing them to the appropriate treatment channels, in accordance with current regulations.
• Textile components (polyester, polyamide, polyurethane, nylon) and plastics must be recycled where possible.
• Used or damaged slings must no longer be used for lifting.
• Contaminated devices must be disinfected and then disposed of in accordance with applicable procedures, in particular the DASRI regulations for infectious waste.
• Material recovery and recycling must be prioritised to ensure the sustainable, safe and compliant management of medical devices at the end of their life.