NAUSICAA MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE ABDOMINALE ÉCO EVOLUTIVE

POUR TOUS FAUTEUILS



CECO3-PF-A



CECO3-PF-A + CECO-MP-PF (non inclus)

Une ceinture abdominale (CECO3-PF-A), plus un module pelvien (CECO-MP-PF, non inclus) en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien pelvien en fonction de l'évolution des besoins de la personne sans contraintes de tailles.

- Périmètre maximum utile : 228 cm

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



CECO3-PF-A

Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, …). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

2424 70 ®

V08.07/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Recommandations importantes
• Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE ÉCO EVOLUTIVE

Composition
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Jersey 100 % polyester
Biais 100 % coton
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

La ceinture Eco se décline sous 2 variantes modulables :

1 - La ceinture Eco abdominale (CECO3-PF-A)
a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

2 - La ceinture Eco pelvienne (CECO-MP-PF) vient s'ajouter à la ceinture eco abdominale (CECO3-PF-A) pour constituer un module pelvien.
a - Positionner le maintien pelvien sur l'assise du fauteuil, et fixer la sangle 25 mm au dossier du fauteuil avec le minimum de jeu.
b - Asseoir le patient sur le fauteuil et sur la sangle.
c - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
d - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur de la sangle, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
e - Fermer la boucle 50 mm du maintien pelvien en ajustant sa longueur.



Compatible avec le système NAUSI-SURE
à clé magnétique.
Nous consulter pour plus d'information.

Gestion de la fin de vie du produit

• Les dispositifs médicaux en fin de vie (obsolètes, irréparables ou hors durée d'utilisation) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.
• L'utilisateur est responsable de leur mise hors service, de leur nettoyage et désinfection, du tri des matériaux et de leur orientation vers les filières de traitement adaptées, conformément à la réglementation en vigueur.
• Les composants textiles (polyester, polyamide, polyuréthane, nylon) et plastiques doivent être recyclés lorsque cela est possible.
• Les sangles usagées ou endommagées ne doivent plus être utilisées pour le levage.
• Les dispositifs contaminés doivent être désinfectés puis éliminés selon les procédures applicables, notamment la réglementation DASRI pour les déchets à risque infectieux.
• La valorisation des matériaux et le recyclage doivent être privilégiés afin de garantir une gestion durable, sécurisée et conforme des dispositifs médicaux en fin de vie.

NAUSICAA MEDICAL

Made in France since 1992

www.nausicaa-medical.com

This medical device is intended for patient holding and positioning. It is not a restraint system.
Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

EVOLUTIVE ECO BELT



CECOA



CECOA+CECO-MP

An abdominal belt, plus a single-sized pelvic module allow you to switch from an abdominal support to a pelvic support according to changing needs without size constraints.

- Maximum useful area: 228 cm

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.

CECO3-PF-A

This medical device must be handled only by employees trained (by a healthcare professional) and qualified for its use (intended purpose, installation and environment of use, etc.). If the medical device is incorrectly installed, there is a risk of accident for the patient.

2424 70 ®

V08.07/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Important Recommandations :
• In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient
• These products must not be in direct contact with a wounded skin.

EVOLUTIVE ECO BELT

HOSPITAL RANGE
Polyester lined polyester jersey lined
polyurethane foam
Bias 91% polyamide - 9% elastane
100% polyester webbing
PVC Shoulder Pad
Nylon buckle

The eco belt comes in 2 modular variants:

1 - Eco abdominal belt (CECO-CA)
a - Position the belt at the waist of the person.
b - Pass the straps behind the back of the chair.
c - Close the nylon loop, then adjust the length of the straps, being careful not to compress the patient's abdomen.

2 -The pelvic eco belt (CECO-P) consists of the eco abdominal belt to which is added a pelvic support module.
a - Position the pelvic support on the seat of the chair, and fix the 25 mm strap to the back of the chair with the minimum of play.
b - Sit the patient on the chair and on the strap.
c - Pass the straps behind the back of the chair.
d - Close the nylon loop, then adjust the length of the strap, being careful not to compress the patient's abdomen.
e - Close the 50 mm buckle of the pelvic support by adjusting its length.

End-of-life management

• Medical devices at the end of their useful life (obsolete, beyond repair or past their service life) must not be disposed of with household waste.
• The user is responsible for decommissioning them, cleaning and disinfecting them, sorting the materials and directing them to the appropriate treatment channels, in accordance with current regulations.
• Textile components (polyester, polyamide, polyurethane, nylon) and plastics must be recycled where possible.
• Used or damaged slings must no longer be used for lifting.
• Contaminated devices must be disinfected and then disposed of in accordance with applicable procedures, in particular the DASRI regulations for infectious waste.
• Material recovery and recycling must be prioritised to ensure the sustainable, safe and compliant management of medical devices at the end of their life.