

Protections de barrières de lit

Descriptif

Les protections en mousse s'installent facilement sur les barrières de lit, empêchant le patient de se cogner ou de passer ses membres entre les barreaux, tout en le protégeant du contact direct avec le métal. Grâce à leur nouvelle forme ergonomique, elles tiennent seules en place, le temps d'atteindre les boucles rapides de fixation de 25 mm, ce qui facilite leur installation.
La housse amovible, en Protectlaise classée M1, répond aux normes de sécurité incendie.
Disponible en taille M (140 cm de longueur) et L (180 cm de longueur).
Vendu à l'unité.

PROBAR2-PF

V04.06/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

Préconisation

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Ces protections en mousse s'installent sur les barrières de lit. Elles évitent au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières, le protégeant ainsi du contact avec le métal. Housse classée M1 et mousse déhoussable. Fixations aux barrières par boucles rapides 25 mm.

Composition

- Composition complète du tissu : 77% PVC 23% PES
- Sangle polyester et boucle nylon
- Mousse polyuréthane

Mise en place

Ce dispositif médical est destiné à la sécurité du patient.
Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

- Placer les protections à l'intérieur de la barrière, fermeture à glissière en bas contre le matelas.
- Fermer les sangles, en les ajustant "tendues" autour des tubes des barrières.
- Contrôler si les protections sont bien ajustées aux barrières, sans possibilité de tourner autour.

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du lit
- d'ajuster au mieux le produit sur le lit

CONSEILS D'ENTRETIEN :
- Nettoyage par surfaçage avec une chiffonnette à l'eau tiède savonneuse.
- Désinfection par surfaçage avec tous produits utilisés en milieu hospitalier.

Lavage des housses seules :
- Ne jamais laver les housses avec la mousse.

Gestion de la fin de vie du produit

- Les dispositifs médicaux en fin de vie (obsolètes, irréparables ou hors durée d'utilisation) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.
- L'utilisateur est responsable de leur mise hors service, de leur nettoyage et désinfection, du tri des matériaux et de leur orientation vers les filières de traitement adaptées, conformément à la réglementation en vigueur.
- Les composants textiles (polyester, polyamide, polyuréthane, nylon) et plastiques doivent être recyclés lorsque cela est possible.
- Les sangles usagées ou endommagées ne doivent plus être utilisées pour le levage.
- Les dispositifs contaminés doivent être désinfectés puis éliminés selon les procédures applicables, notamment la réglementation DASRI pour les déchets à risque infectieux.
- La valorisation des matériaux et le recyclage doivent être privilégiés afin de garantir une gestion durable, sécurisée et conforme des dispositifs médicaux en fin de vie.



Bed barrier protections

FOR ALL BEDS

Description

The foam protectors are easy to install on bed rails, preventing patients from bumping into or getting their limbs caught between the bars, while also protecting them from direct contact with the metal. Thanks to their new ergonomic shape, they stay in place on their own while you reach for the 25 mm quick-release fasteners, making them easy to install. The removable cover, made of M1-rated Protectlaise, complies with fire safety standards.
Available in size M (140 cm de longueur) and L (180 cm de longueur).
Sold individually.

PROBAR2-PF

V04.06/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

Recommendation

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

The siderail pads are installed on the bed barriers and prevent the patient from bumping and moving its limbs through the bed rails, thus protecting him from contact with the metal. The quick and easy fixations to the siderails is made thanks to adjustable buckles (25 mm). The removable foam cover is manufactured in a flame retardant fabric (classified CRIB 5).

Composition

- Complete fabric composition: 77% PVC 23% PES
- Polyester sling and nylon buckle
- Polyurethane foam

Set up

This medical device is intended for patient safety.
Before each use, it is important to check the presence of the label, the stitches of the straps, that they do not fray or break, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

- Place the cotsides bumpers inside the side rails, zipper down, against the mattress.
- Close the buckles and adjust tight the straps around the tubes of the side rails.
- Check if the cotsides bumpers are well fixed to the side rails, without any possibility to turn around.

Important recommandations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
- to choose the appropriate size depending on the bed
- to get the best possible adjustment on the bed
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.

Cleaning :
- Clean with a soft cloth and warm soapy water on the surface of the cotsides bumper.
- Desinfect the surface of the cotside bumper with any used desinfection product.

Cleaning of the covers :
- Never wash the covers together with the foam.

End-of-life product management

- The user is responsible for decommissioning the products, cleaning and disinfecting them, sorting the materials and channelling them to the appropriate treatment streams, in accordance with current regulations.
- Textile components (polyester, polyamide, polyurethane, nylon) and plastics must be recycled wherever possible.
- Worn or damaged slings must no longer be used for lifting.
- Contaminated devices must be disinfected and then disposed of in accordance with applicable procedures, in particular the DASRI regulations for infectious waste.
- Material recovery and recycling must be prioritised to ensure the sustainable, safe and compliant management of medical devices at the end of their life.