

DECLARATION DE CONFORMITE UE

FABRICANT:

Raison sociale: NAUSICAA MEDICAL

Numéro d'enregistrement unique : FR-MF-00000955

Adresse du siège social : ZA Pôle Actif-30660 GALLARGUES LE MONTUEUX

LA SOCIETE NAUSICAA MEDICAL:

- Certifie que la déclaration de conformité UE est établie sous ma seule responsabilité de fabricant
- Atteste que les dispositifs mentionnés ci-dessous respectent le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 Avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux

PRODUIT:

IUD-ID de base: 37014294PLSLGUL2

Dénomination commerciale : SANGLES EN U ; SANGLE À RÉGLAGE RAPIDE ; TETIERE ; SANGLES AVEC

TÊTIERES

Modèle: SUBAS2; SUCBAS2; SUCBAS; SST; SUBAI; SUCBAI2; SML; SSTBA; TAAT; SLK; SMLBA;

 $\textbf{R\'e\'f\'erences du produit}: SUBAS2-PF-XS/S/M/L/XL \ ; SUCBAS2-PF-XS/S/M/L/XL \ ; SUCBAS-PF-2XL/3XL/4XL \ ; SST-M/L/XL \ ; SUCBAS-PF-2XL/3XL/4XL \ ; SU$

PF- XS/S/M/L/XL; SUBAI-PF-XS/S/M/L/XL; SUCBAI-PF-XS/S/M/L/XL; SML-PF-S/M/L/XL; SSTBA-PF-

XS/S/M/L/XL; TAAT-PF; SLK-PF-S/M/L/XL; SMLBA-PF-S/M/L/XL;

Destination : dispositifs médicaux de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et

handicapés (transfert de personnes)

Classe de risque du dispositif selon l'annexe VIII : Classe I

Normes harmonisées utilisées et par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

- EN ISO 10535 : 2021 Lève-personnes pour transférer des personnes handicapées Exigences et méthodes d'essai.
- EN ISO 14971 : 2019 Dispositifs médicaux Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux.
- EN ISO 15223-1 : 2021 Dispositifs médicaux Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux Partie 1 : Exigences générales.

Lieu et date de délivrance : Gallargues le Montueux, 21 juillet 2025 Nom et qualité du signataire : Bruce ANDURAND, Président

